

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Baião
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - PE Nº 007/2022-SMS



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/04/2022 19:25	28/04/2022 08:59	05/05/2022 08:59	10/05/2022 08:59	10/05/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
29/03/2022 08:59	05/04/2022 08:59	08/04/2022 08:59	08/04/2022 09:00	12/04/2022 08:09	REGINILDO DOS SANTOS TRAJANO

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
03/05/2022 - 16:21	EDITAL P.E. 07/2022 - P.M. de Baião/PA - DRX+DRY e US - ABERTURA: 10/05	04/05/2022 - 17:07	Indefenido	Pedido: Impugnação - PM de BAIÃO - RX.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO-PE-007-2022-SMS-A.pdf

Ao
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – SMS

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO RAO-X FIXO DIGITAL E UM APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 14/2021, PROCESSO Nº 2021/655278, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE."
A/C: SR(A). PREGOEIRO(A)

Julgamento em anexo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
12/04/2022 - 15:25	Esclarecimento sobre Termo de Referência	13/04/2022 - 10:15

Prezados, boa tarde!
Após leitura da republicação do Edital, verificamos que apesar de ter sido acrescentado ao Edital o "Anexo II. Orçamento estimado", onde consta melhor detalhado o descritivo dos itens licitados, o Termo de Referência (Anexo I) ainda continua com o descritivo especificando o Raio-x de modelo "TD500F" (que não possui registro na Anvisa), da empresa Tecno Design, e sem as especificações detalhadas para ambos itens.

O Decreto nº 3.555/2000, traz em seu art. 8º, incisos I e II, o que deve ter essencialmente no Termo de Referência "I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência;

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato."

Gostaria do esclarecimento desta ilustre pregoeira quanto a isso.
Desde já grato.

Bom dia!

Em resposta ao pedido de esclarecimentos de vossa lavra, elucida-se que houve um erro de inserção do Anexo I no edital. Assim, solicitamos que considere os termos do arquivo: "EDITAL-PE-007-2022-SMS - TERMO DE REFERENCIA RETIFICADO-A" que indica as descrições corretas em conformidade com o SISGEN.

Baião/PA, 13 de abril de 2022.

Reginildo dos Santos Trajano
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 382/2022 – GP

31/03/2022 - 11:59 Esclarecimento 12/04/2022 - 09:38

Senhores, bom dia. Poderiam nos esclarecer sobre o descritivo para o item 01. Está sendo mencionado no descritivo "TD500F", código a qual se refere ao Equipamento da empresa Tecno Design. Caso essa licitação seja somente para atender esse equipamento, pedimos que justifiquem o solicitado, ou que seja feita a correção no descritivo para que seja aberta a participação de outras empresas. Desde já agradecemos e ficamos no aguardo.

Edital republicado.

30/03/2022 - 15:54 ESCLARECIMENTO: Edital P.E. 007/2022 - P.M. de Baião/PA - DRX e US - ABERTURA: 08/04. 12/04/2022 - 09:38

Prezados, boa tarde.

Solicito esclarecimento referente ao pregão eletrônico 007/2022 pois não consta as especificações dos itens 1 e 2 para que possamos fazer nossa análise de participação

Edital republicado.



Ilmos. Após leitura do edital, constatamos que no termo de referencia item 01, descritivo, consta: TD500HF, isso seria a referencia do equipamento da empresa TELMO DE SAUDE ou seja, claramente uma indicação, fato este que nos impede de participar. Seria essa realmente a intenção do certame? Se for, poderia enviar a justificativa para tal? Caso não seja, solicitamos a correção do mesmo. Agradecemos a atenção

Edital republicado.



Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	RAIO X FIXO DIGITAL.	375.000,00	1	-	UND	Homologado
0002	ULTRASSOM DIGITAL.	220.000,00	1	-	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/03/2022	EDITAL-PE-007.2022-SMS.A.pdf
31/03/2022	DECISÃO-SUSPENÇÃO-A.pdf
12/04/2022	NOVO EDITAL-PE-007-2022-SMS-A.pdf
13/04/2022	EDITAL-PE-007-2022-SMS - TERMO DE REFERENCIA RETIFICADO-A.pdf
26/04/2022	IMPUGNAÇÃO-EMAIL-ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA - PE 007-2022.pdf
26/04/2022	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO-EMAIL-Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria.pdf
26/04/2022	DECISÃO-SUSPENSÃO-26.04.2022-A.pdf
27/04/2022	NOVO EDITAL-PE-007-2022-SMS-3-ABERTURA-10.05.2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/04/2022 - 08:09	Republicação do processo	
12/04/2022 - 09:27	Republicação concluída	
12/04/2022 - 09:27	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
26/04/2022 - 09:26	AVISO DE SUSPENSÃO	Considerando os questionamentos apresentados via e-mail quanto às especificações dos itens do Pregão Eletrônico de referência, verificou-se a necessidade de realizar retificações no Termo de Referência. Desta forma, a Prefeitura Municipal de Baião – Secretana Municipal de Saúde, por seu pregoeiro oficial que abaixo subscreve, torna pública a decisão de SUSPENDER o certame para revisão e retificação das especificações dos itens no Termo de Referência e Edital e neste ato consigna que após a realização das devidas correções, o instrumento convocatório será republicado consoante art. 21, "PAR 4º da Lei Federal nº 8.666/93.
27/04/2022 - 11:06	Republicação do processo	
27/04/2022 - 19:25	Republicação concluída	
27/04/2022 - 19:25	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
10/05/2022 - 09:44	Negociação aberta para o processo PE N° 007/2022-SMS	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE N° 007/2022-SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/05/2022 - 09:44	Negociação aberta para o processo PE N° 007/2022-SMS	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo PE N° 007/2022-SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/05/2022 - 09:44	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 11:44.
10/05/2022 - 11:37	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 12:00.
10/05/2022 - 15:29	Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 15:50, encerrando às 15:55:00.
10/05/2022 - 15:56	Documentos solicitados para o processo PE N° 007/2022-SMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE N° 007/2022-SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2022 - 16:14	Documentos solicitados para o processo PE N° 007/2022-SMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE N° 007/2022-SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2022 - 09:05	Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 09:25, encerrando às 09:30:00.
12/05/2022 - 09:34	Documentos solicitados para o processo PE N° 007/2022-SMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE N° 007/2022-SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2022 - 16:11	Documentos solicitados para o processo PE N° 007/2022-SMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE N° 007/2022-SMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	RAIO X FIXO DIGITAL.	VMI TECNOLOGIAS LTDA	APOLO D	VMI TECNOLOGIAS	370.000,00	1	370.000,00
0002	ULTRASSOM DIGITAL.	Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	DC-60 E ACESSORIOS	MINDRAY/MINDRAY	112.000,00	1	112.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - RAO X FIXO DIGITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	33.604.805/0001-01	06/05/2022 - 15.02.26	SH500F + DR3543	SHR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	Sim
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	06/05/2022 - 15.54.24	SHR/SH630HF	SHR/SH630HF	1	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	Sim
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	09/05/2022 - 14.28.37	APOLO D	VMI TECNOLOGIAS	1	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	Não
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	09/05/2022 - 16.54.16	APOLO D	VMI	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	09/05/2022 - 17.38.16	TD500HF-C/DRYSTAR AXYS	TECNO-DESIGN/AGFA GEVAERT HEALTHCARE	1	R\$ 373.012,50	R\$ 373.012,50	Sim
CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	09/05/2022 - 18.13.26	DIAFIX HF DIGITAL	CDK/CDK IND E COM DE EQUIP RAIOS X LTDA	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Não
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	09/05/2022 - 22.47.30	CDK	CDK	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Sim
Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	10/05/2022 - 07.45.28	HF800M	MARCA PROPRIA	1	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	Não

0002 - ULTRASSOM DIGITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	13/04/2022 - 10.40.37	SAEVO/ EVUS 5	SAEVO	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Sim
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	10.515.403/0001-27	25/04/2022 - 17.17.23	HS 30 EX CV	SAMSUNG	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	06/05/2022 - 15.55.45	SAMSUNG/HSEXCVSAMSUNG/HSEXCV	SAMSUNG/HSEXCV	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Sim





Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	09/05/2022 - 17:01:06	MAGNUS A5	ALFA MED	1	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	Não
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	10/05/2022 - 08:00:23	MAGNUS A5	ALFA MED	1	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	Não
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	09/05/2022 - 17:19:46	ALLIAGE	ALLIAGE	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Não
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	46.563.938/0014-35	09/05/2022 - 17:21:17	XARIO 100G (CUS-X100G)	CANON MEDICAL SYSTEMS	1	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	09/05/2022 - 17:39:08	MAGNUS X5	ALFAMED	1	R\$ 219.274,70	R\$ 219.274,70	Sim
DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.246.049/0001-21	09/05/2022 - 23:39:07	E10E	VINNO	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	09/05/2022 - 22:48:01	ALFAMED	ALFAMED	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Sim
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	05.743.288/0001-08	10/05/2022 - 04:44:31	DC-60 E ACESSORIOS	MINDRAY/MINDRAY	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	05.743.288/0001-08	120 dias
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	120 dias
Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	120 dias
CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	120 dias
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	120 dias
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	120 dias
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	46.563.938/0014-35	120 dias
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	120 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	120 dias
DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.246.049/0001-21	120 dias
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	10.515.403/0001-27	120 dias
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	120 dias
MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	33.604.805/0001-01	120 dias
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	120 dias
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	120 dias

Lances Enviados

0001 - RAO X FIXO DIGITAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/05/2022 - 15:02:26	375.000,00 (proposta)	33.604.805/0001-01 - MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a descrição apresentada pela arrematante apresenta as seguintes contradições: 1. Tempo de exposição mínimo de 1ms ou menor o manual do equipamento ofertado apresenta 4ms. 2. Velocidade de rotação de 2800rpm Tubo de raios-x, o edital pede foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Anodo giratório mínimo 3.000 RPM 3. Detector apresenta marca diferente do equipamento ofertado, contrariando o edital, que pede Detector da mesma marca do que o equipamento e o registro no RMS apresentado para o Detector está sem validade. 10/05/2022 15:28:10
06/05/2022 - 15:54:24	375.000,00 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Justifico a desclassificação pois a licitante não negociou e não apresentou proposta readequada. 11/05/2022 18:16:57
09/05/2022 - 14:28:37	375.000,00 (proposta)	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
09/05/2022 - 16:54:16	750.000,00 (proposta)	19.769.575/0001-00 - Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	Válido





09/05/2022 - 17:38:16	373.012,50 (proposta)	28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que, a proponente LK MEDICAL COMERCIO não atendeu ao edital, pois apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO conforme pág. 26 e 27 do catálogo MANUAL DO USUÁRIO disponível no site Anvisa RMS 80176420003 que cita os fabricantes: Canon Inc, Ray Technology, Vieworks, DR Tech, Careray e Perkin Elmer. 13/05/2022 09:09:08
09/05/2022 - 18:13:26	400.000,00 (proposta)	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que, a proponente apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO, conforme página 02 do catálogo enviado consta DETECTORES DIGITAIS TOSHIBA EM 3 VERSÕES: FIXO, PORTÁTIL COM CABO E PORTÁTIL WI-FI. 12/05/2022 16:10:14
09/05/2022 - 22:47:30	500.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Válido
10/05/2022 - 07:45:28	320.000,00 (proposta)	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - A Empresa Lotus não atendeu os requisitos mínimos exigidos em edital nos pontos abaixo; Justifico a desclassificação da proposta com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que: 1. Estativa porta tubo: CHÃO E TETO, em sua proposta a empresa Lotus ofertou modelo: CHÃO – CHÃO, conforme sua proposta. 2. Detector de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, Detector do mesmo fabricante marca, do equipamento. A VIEWWORKS é a Fabricante dos Detectores usados pela Lotus. 11/05/2022 16:13:05
10/05/2022 - 09:07:47	310.000,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Justifico a desclassificação pois a licitante não negociou e não apresentou proposta readequada. 11/05/2022 18:16:57
10/05/2022 - 09:09:30	309.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - A Empresa Lotus não atendeu os requisitos mínimos exigidos em edital nos pontos abaixo; Justifico a desclassificação da proposta com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que: 1. Estativa porta tubo: CHÃO E TETO, em sua proposta a empresa Lotus ofertou modelo: CHÃO – CHÃO, conforme sua proposta. 2. Detector de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, Detector do mesmo fabricante marca, do equipamento. A VIEWWORKS é a Fabricante dos Detectores usados pela Lotus. 11/05/2022 16:13:05
10/05/2022 - 09:10:20	299.000,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Justifico a desclassificação pois a licitante não negociou e não apresentou proposta readequada. 11/05/2022 18:16:57
10/05/2022 - 09:10:39	298.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - A Empresa Lotus não atendeu os requisitos mínimos exigidos em edital nos pontos abaixo; Justifico a desclassificação da proposta com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que: 1. Estativa porta tubo: CHÃO E TETO, em sua proposta a empresa Lotus ofertou modelo: CHÃO – CHÃO, conforme sua proposta. 2. Detector de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, Detector do mesmo fabricante marca, do equipamento. A VIEWWORKS é a Fabricante dos Detectores usados pela Lotus. 11/05/2022 16:13:05
10/05/2022 - 09:11:30	370.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:12:01	369.500,00	28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que, a proponente LK MEDICAL COMERCIO não atendeu ao edital, pois apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO conforme pág. 26 e 27 do catálogo MANUAL DO USUÁRIO disponível no site Anvisa RMS 80176420003 que cita os fabricantes: Canon Inc, Ray Technology, Vieworks, DR Tech, Careray e Perkin Elmer. 13/05/2022 09:09:08
10/05/2022 - 09:13:20	297.000,00	33.604.805/0001-01 - MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que, a descrição apresentada pela arrematante apresenta as seguintes contradições: 1. Tempo de exposição mínimo de 1ms ou menor o manual do equipamento ofertado apresenta 4ms. 2. Velocidade de rotação de 2800rpm Tubo de raios-x, o edital pede foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Anodo giratório mínimo 3.000 RPM 3. Detector apresenta marca diferente do equipamento ofertado, contrariando o edital, que pede Detector da mesma marca do que o equipamento e o registro no RMS apresentado para o Detector está sem validade. 10/05/2022 15:28:10
10/05/2022 - 09:14:06	365.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucidado que, a proponente apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO, conforme página 02 do catálogo enviado consta DETECTORES DIGITAIS TOSHIBA EM 3 VERSÕES: FIXO, PORTÁTIL COM CABO E PORTÁTIL WI-FI. 12/05/2022 16:10:14





10/05/2022 - 09:14:18	296.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - A Empresa Lotus não atendeu os requisitos mínimos exigidos em edital nos pontos abaixo; Justifico a desclassificação da proposta com fundamento nos itens C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que: 1. Estativa porta tubo: CHÃO E TETO, em sua proposta a empresa Lotus ofertou modelo: CHÃO – CHÃO, conforme sua proposta. 2. Detector de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, Detector do mesmo fabricante marca, do equipamento. A VIEWWORKS é a Fabricante dos Detectores usados pela Lotus. 11/05/2022 16:13:05
10/05/2022 - 09:14:45	295.000,00	33.604.805/0001-01 - MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a descrição apresentada pela arrematante apresenta as seguintes contradições: 1. Tempo de exposição mínimo de 1ms ou menor o manual do equipamento ofertado apresenta 4ms. 2. Velocidade de rotação de 2800rpm Tubo de raios-x, o edital pede foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm, Anodo giratório mínimo 3.000 RPM 3. Detector apresenta marca diferente do equipamento ofertado, contrariando o edital, que pede Detector da mesma marca do que o equipamento e o registro no RMS apresentado para o Detector está sem validade. 10/05/2022 15:28:10
10/05/2022 - 10:44:48	290.000,00	33.604.805/0001-01 - MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a descrição apresentada pela arrematante apresenta as seguintes contradições: 1. Tempo de exposição mínimo de 1ms ou menor o manual do equipamento ofertado apresenta 4ms. 2. Velocidade de rotação de 2800rpm Tubo de raios-x, o edital pede foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Anodo giratório mínimo 3.000 RPM 3. Detector apresenta marca diferente do equipamento ofertado, contrariando o edital, que pede Detector da mesma marca do que o equipamento e o registro no RMS apresentado para o Detector está sem validade. 10/05/2022 15:28:10

0002 - ULTRASSOM DIGITAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/04/2022 - 10:40:37	220.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
25/04/2022 - 17:17:23	220.000,00 (proposta)	10.515.403/0001-27 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Válido
06/05/2022 - 15:55:45	220.000,00 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/05/2022 - 17:01:06	245.000,00 (proposta)	19.769.575/0001-00 - Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	Válido
09/05/2022 - 17:19:46	220.000,00 (proposta)	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda	Válido
09/05/2022 - 17:21:17	230.000,00 (proposta)	46.563.938/0014-35 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	Válido
09/05/2022 - 17:39:08	219.274,70 (proposta)	28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Válido
09/05/2022 - 22:48:01	500.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Válido
09/05/2022 - 23:39:07	220.000,00 (proposta)	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 04:44:31	170.000,00 (proposta)	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 08:00:23	210.000,00 (proposta)	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:06:49	205.000,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
10/05/2022 - 09:07:29	172.000,00	10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Válido
10/05/2022 - 09:08:05	160.000,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
10/05/2022 - 09:08:43	155.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:10:33	159.770,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
10/05/2022 - 09:13:19	212.696,30	28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Válido





10/05/2022 - 09:13:23	147.000,00	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:13:50	146.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:13:53	145.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:14:26	144.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:15:03	140.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:15:17	136.800,00	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:15:26	139.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:15:35	135.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:15:57	134.800,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:16:06	134.000,00	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:16:21	133.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:16:40	132.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:17:15	130.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:17:25	200.000,00	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:17:36	129.000,00	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:18:07	128.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:18:17	127.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:18:33	126.000,00	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:18:48	125.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:19:18	124.000,00	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:19:28	120.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:19:36	123.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:19:52	119.800,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:20:24	119.500,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:21:21	119.499,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:21:53	118.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:23:02	117.500,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:23:14	117.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:23:30	115.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:25:05	116.900,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:26:05	116.800,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:26:51	116.700,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:28:01	116.600,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido





10/05/2022 - 09:29:21	116.500,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:29:35	114.500,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:30:12	114.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:30:31	113.800,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:30:52	113.500,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:31:16	113.400,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:31:51	113.000,00	17.246.049/0001-21 - DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 09:33:00	113.300,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:34:23	113.290,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:34:59	113.280,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:35:29	113.270,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:36:03	113.260,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido
10/05/2022 - 09:36:49	112.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/05/2022 - 16:34:08	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	PROPOSTA.COMERCIAL.pdf
0001	12/05/2022 - 11:26:14	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	PROPOSTA.FINAL.zip
0001	12/05/2022 - 16:46:02	28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	PROPOSTA.REAJUSTADA.zip
0001	13/05/2022 - 10:21:03	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	PROPOSTA.REAJUSTADA - PE.007-2022.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	06/05/2022 - 15:01	DANIELA AVESANI GONCALVES	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	06/05/2022 - 15:52	RENE ROBERTO OLIMPIO DA ROCHA	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
VMI TECNOLOGIAS LTDA	09/05/2022 - 14:19	Marcele Pereira Viegas	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	09/05/2022 - 17:36	Marcia Cristina Savarego Campos	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	09/05/2022 - 18:12	cristiane brandao pereira	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
Lotus Industria e Comercio Ltda	10/05/2022 - 07:43	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	10/05/2022 - 08:15	Weverton Luiz Coelho	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Inabilitados





Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/05/2022 - 15:28:10	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	33.604.805/0001-01	Item 0001 - RAI0 X FIXO DIGITAL.
Desclassificação: Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a descrição apresentada pela arrematante apresenta as seguintes contradições: 1. Tempo de exposição mínimo de 1ms ou menor o manual do equipamento ofertado apresenta 4ms. 2. Velocidade de rotação de 2800rpm: Tubo de raios-x, o edital pede foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM 3. Detector apresenta marca diferente do equipamento ofertado, contrariando o edital, que pede Detector da mesma marca do que o equipamento e o registro no RMS apresentado para o Detector está sem validade.			
11/05/2022 - 16:13:05	Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	Item 0001 - RAI0 X FIXO DIGITAL.
Desclassificação: A Empresa Lotus não atendeu os requisitos mínimos exigidos em edital nos pontos abaixo; Justifico a desclassificação da proposta com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que: 1. Estativa porta tubo: CHÃO E TETO, em sua proposta a empresa Lotus ofertou modelo: CHÃO – CHÃO, conforme sua proposta. 2. Detector de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, Detector do mesmo fabricante marca, do equipamento. A VIEWWORKS é a Fabricante dos Detectores usados pela Lotus.			
11/05/2022 - 18:16:57	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	Item 0001 - RAI0 X FIXO DIGITAL.
Desclassificação: Justifico a desclassificação pois a licitante não negociou e não apresentou proposta readequada.			
12/05/2022 - 16:10:14	CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	Item 0001 - RAI0 X FIXO DIGITAL.
Desclassificação: Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a proponente apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO, conforme página 02 do catálogo enviado consta: DETECTORES DIGITAIS TOSHIBA EM 3 VERSÕES: FIXO, PORTÁTIL COM CABO E PORTÁTIL WI-FI.			
13/05/2022 - 09:09:08	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	Item 0001 - RAI0 X FIXO DIGITAL.
Desclassificação: Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a proponente LK MEDICAL COMERCIO não atendeu ao edital, pois apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO conforme pág. 26 e 27 do catálogo MANUAL DO USUÁRIO disponível no site Anvisa RMS 80176420003 que cita os fabricantes: Canon Inc, Ray Technology, Vieworks, DR Tech, Careray e Perkin Elmer.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2022 - 15:45	--	--

0001 - RAI0 X FIXO DIGITAL.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	10/05/2022 - 12:04:43	Manifestamos recurso contra a empresa MEDICAL GRAPHICS pois a mesma apresentou certidão negativa de falência e concordata superior a 30 dias conforme exigido no edital item 8.5.1, e também a mesma ofertou aparelho de raio-x convencional no modelo SH500 este modelo não é de alta frequência conforme exigido em edital, a mesma também não ofertou impressora dry, o qual iremos apresentar em peça recursal. Obrigado!	Indeferido
Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.			
02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	10/05/2022 - 12:12:01	Bom dia, manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não cumpre o descritivo técnico, o equipamento ofertado não é digital nativo, possui dois registros. Maiores detalhes discorreremos na peça recursal.	Indeferido
Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.			
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	10/05/2022 - 12:12:02	Prezados, manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referencia, motivos os quais discorreremos na peça recursal. Obrigada.	Indeferido
Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.			
28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	10/05/2022 - 17:02:47	Boa tarde, manifestamos intenção de recurso contra a vencedora LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO pois a mesma ofertou impressora dry de cabeça térmica e não à seco conforme exigido no edital. O qual iremos apresentar em peça recursal.	Indeferido
Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.			
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	10/05/2022 - 17:09:44	Prezados, manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referencia, motivos os quais discorreremos na peça recursal. Obrigada.	Indeferido
Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.			
28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	11/05/2022 - 17:04:34	Boa tarde, a arrematante do item OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, ofertou o modelo SHR 630 HF, não possui IMPRESSORA DRY, pois são itens distintos de Fabricantes diferentes, além de não possuir DETECTOR DIGITAL em único registro da ANVISA. E também apresentou certidão negativa de falência e concordata superior a 30 dias conforme exigido no edital item 8.5.1. Demais motivos discorreremos em peça recursal.	Indeferido



Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.

02.799.882/0001-22 - Lotus
Industria e Comercio Ltda

13/05/2022 - 15:19:51

Boa tarde, manifestamos intenção de recurso, pois não concordamos com a nossa
desclassificação. Maiores detalhes discorreremos na peça recursal.



Justificativa: Tendo em vista que a licitante não motivou as intenções recursais, rejeito com fundamento no item 10.1 do edital que dispõe: 10.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, DE FORMA MOTIVADA, ISTO É, INDICANDO CONTRA QUAL(S) DECISÃO(ÕES) PRETENDE RECORRER E POR QUAIS MOTIVOS, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/03/2022 - 14:15:51	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o número do processo foi alterado de PE Nº 00012022-SMS para PE Nº 007/2022-SMS. Trata-se de retificação que não impacta no resultado do certame, tendo em vista que a informação em edital estava correta. Não houve alteração nos objetos e prazos.
31/03/2022 - 17:29:44	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
31/03/2022 - 17:29:44	Sistema	Motivo: Considerando os questionamentos apresentados quanto às especificações dos itens do Pregão Eletrônico de referência, verificou-se a necessidade de realizar retificações no Termo de Referência. Desta forma, a Prefeitura Municipal de Baião – Secretaria Municipal de Saúde, por seu pregoeiro oficial que abaixo subscreve, torna pública a decisão de SUSPENDER o certame para revisão e retificação das especificações dos itens no Termo de Referência e Edital e neste ato consigna que após a realização das devidas correções, o instrumento convocatório será republicado consoante art. 21. PAR 4º da Lei Federal nº 8.666/93. Baião/PA, 31 de março de 2022. Reginildo dos Santos Trajano Pregoeiro Oficial Portaria nº 382/2022 – GP
12/04/2022 - 08:08:54	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:08:54	Sistema	Motivo: Justifica-se o cancelamento pois a prefeitura promoveu as alterações no Termo de Referência com novo edital.
12/04/2022 - 08:09	Sistema	O processo foi republicado em 12/04/2022 às 08:09.
26/04/2022 - 09:51:13	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
26/04/2022 - 09:51:13	Sistema	Motivo: Considerando os questionamentos apresentados via e-mail quanto às especificações dos itens do Pregão Eletrônico de referência, verificou-se a necessidade de realizar retificações no Termo de Referência. Desta forma, a Prefeitura Municipal de Baião – Secretaria Municipal de Saúde, por seu pregoeiro oficial que abaixo subscreve, torna pública a decisão de SUSPENDER o certame para revisão e retificação das especificações dos itens no Termo de Referência e Edital e neste ato consigna que após a realização das devidas correções, o instrumento convocatório será republicado consoante art. 21. PAR 4º da Lei Federal nº 8.666/93.
27/04/2022 - 11:05:29	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
27/04/2022 - 11:05:29	Sistema	Motivo: Após a análise dos questionamentos, foram realizadas alterações nas descrições dos itens.
27/04/2022 - 11:07	Sistema	O processo foi republicado em 27/04/2022 às 11:07.
10/05/2022 - 09:04:28	Pregoeiro	Bom dia senhores, vamos começar a sessão.
10/05/2022 - 09:04:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/05/2022 - 09:05:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/05/2022 - 09:05:37	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/05/2022 - 09:05:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/05/2022 - 09:05:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/05/2022 - 09:05:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/05/2022 - 09:05:49	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/05/2022 - 09:05:49	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/05/2022 - 09:16:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/05/2022 - 09:38:50	Sistema	O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
10/05/2022 - 09:38:50	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 113.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0002 até 10/05/2022 às 09:43:49.
10/05/2022 - 09:43:51	Sistema	O item 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
10/05/2022 - 09:43:51	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/05/2022 - 09:44:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA - ME com lance de R\$ 295.000,00.
10/05/2022 - 09:44:13	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 112.000,00.
10/05/2022 - 09:44:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
10/05/2022 - 09:44:41	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 11:44.
10/05/2022 - 09:45:31	Pregoeiro	Senhores arrematantes, informo que encontra-se aberto o prazo para negociação, e solicito aos senhor que apresentem seus menores preços.
10/05/2022 - 10:03:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/05/2022 - 10:44:48	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 290.000,00.
10/05/2022 - 11:11:45	F. Hospcom Equipamen...	Documentação Item 0002: Prezado Sr Pregoeiro, bom dia! Poderia nos conceder uma dilação do prazo de envio da proposta realinhada? Estamos com instabilidade de conexão com a internet o que está dificultando a inserção do anexo.





10/05/2022 - 11:37:48 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 12:00.

10/05/2022 - 11:37:48 Sistema Motivo: Concessão de dilação de prazo.

10/05/2022 - 11:55:51 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 12:04:43 Sistema O fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 12:12:01 Sistema O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 12:12:02 Sistema O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 12:15:20 Pregoeiro Vamos suspender para intervalo de almoço, retornaremos a partir das 15h.

10/05/2022 - 15:18:23 Pregoeiro Boa tarde, estamos analisando a documentação.

10/05/2022 - 15:28:10 Sistema O fornecedor MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:28:10 Sistema Motivo: Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a descrição apresentada pela arrematante apresenta as seguintes contradições: 1. Tempo de exposição mínimo de 1ms ou menor o manual do equipamento ofertado apresenta 4ms. 2. Velocidade de rotação de 2800rpm Tubo de raios-x, o edital pede foco fino de 0,6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm. Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM 3. Detector apresenta marca diferente do equipamento ofertado, contrariando o edital, que pede Detector da mesma marca do que o equipamento e o registro no RMS apresentado para o Detector está sem validade.

10/05/2022 - 15:28:10 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Lotus Industria e Comercio Ltda com lance de R\$ 296.000,00.

10/05/2022 - 15:28:10 Sistema Para o item 0001, o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:35 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 15:50, encerrando às 15:55:00.

10/05/2022 - 15:55:03 Sistema O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

10/05/2022 - 15:55:59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 15:55:59 Sistema Motivo: Prazo para negociação

10/05/2022 - 15:56:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 15:56:28 Sistema Motivo: Diligência para envio da proposta readequada.

10/05/2022 - 15:57:16 Pregoeiro Ao fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda, informo que o prazo de negociação encontra-se aberto, juntamente com campo de diligência para envio da proposta readequada.

10/05/2022 - 16:34:08 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 17:02:47 Sistema O fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 17:09:44 Sistema O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 17:32:18 Pregoeiro Senhores licitantes, em razão do avanço da hora, vamos suspender e retornaremos amanhã a partir das 09h.

11/05/2022 - 09:09:00 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade à sessão. Estamos analisando os documentos.

11/05/2022 - 11:41:24 Pregoeiro Senhores Licitantes, informo que iremos suspender a sessão para o horário de almoço.

11/05/2022 - 11:41:48 Pregoeiro Retornaremos a partir das 15:30.

11/05/2022 - 16:07:01 Pregoeiro Boa tarde, senhores Licitantes.

11/05/2022 - 16:07:25 Pregoeiro Daremos prosseguimento a sessão

11/05/2022 - 16:13:05 Sistema O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 16:13:05 Sistema Motivo: A Empresa Lotus não atendeu os requisitos mínimos exigidos em edital nos pontos abaixo: Justifico a desclassificação da proposta com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que: 1. Estativa porta tubo: CHÃO E TETO, em sua proposta a empresa Lotus ofertou modelo: CHÃO – CHÃO, conforme sua proposta. 2. Detector de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, Detector do mesmo fabricante marca, do equipamento. A VIEWWORKS é a Fabricante dos Detectores usados pela Lotus.

11/05/2022 - 16:13:05 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 299.000,00.

11/05/2022 - 16:13:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:13 do dia 11/05/2022.

11/05/2022 - 16:13:36 Sistema Motivo: Prazo para negociação.

11/05/2022 - 16:14:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 11/05/2022.

11/05/2022 - 16:14:15 Sistema Motivo: Diligência para envio da proposta readequada.

11/05/2022 - 16:15:05 Pregoeiro Ao fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, informo que o prazo de negociação encontra-se aberto, juntamente com campo de diligência para envio da proposta readequada.

11/05/2022 - 17:04:34 Sistema O fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/05/2022 - 18:16:57 Sistema O fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 18:16:57 Sistema Motivo: Justifico a desclassificação pois a licitante não negociou e não apresentou proposta readequada.

11/05/2022 - 18:16:57 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda com lance de R\$ 365.000,00.

11/05/2022 - 18:16:57 Sistema Para o item 0001, o fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

11/05/2022 - 18:17:33 Pregoeiro Em razão do avançar da hora, vamos suspender e retornar amanhã a partir das 09h.

12/05/2022 - 09:04:40 Pregoeiro Bom dia!

12/05/2022 - 09:04:53 Pregoeiro Vamos dar continuidade a sessão.






12/05/2022 - 09:05:42	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi definida pelo pregoeiro em 12/05/2022 às 09:25, encerrando às 09:30:00.
12/05/2022 - 09:30:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
12/05/2022 - 09:34:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:34 do dia 12/05/2022.
12/05/2022 - 09:34:14	Sistema	Motivo: Prazo para negociação.
12/05/2022 - 09:34:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:34 do dia 12/05/2022.
12/05/2022 - 09:34:54	Sistema	Motivo: Diligência para envio da proposta readequada
12/05/2022 - 09:35:34	Pregoeiro	Ao fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda, informo que o prazo de negociação encontra-se aberto, juntamente com campo de diligência para envio da proposta readequada.
12/05/2022 - 11:25:56	F. CDK Ind e Com de ...	Negociação Item 0001: Bom dia, estamos em nosso melhor valor
12/05/2022 - 11:26:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/05/2022 - 11:32:58	Pregoeiro	Senhores, vamos suspender para o almoço e retornaremos a partir das 15h.
12/05/2022 - 15:02:02	Pregoeiro	Boa tarde, senhores Licitantes.
12/05/2022 - 15:02:13	Pregoeiro	Estamos analisando os documentos.
12/05/2022 - 16:10:14	Sistema	O fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/05/2022 - 16:10:14	Sistema	Motivo: Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a proponente apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO, conforme página 02 do catálogo enviado consta: DETECTORES DIGITAIS TOSHIBA EM 3 VERSÕES: FIXO, PORTÁTIL COM CABO E PORTÁTIL WI-FI.
12/05/2022 - 16:10:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI com lance de R\$ 369.500,00.
12/05/2022 - 16:10:38	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:10 do dia 12/05/2022.
12/05/2022 - 16:10:38	Sistema	Motivo: Prazo para negociação.
12/05/2022 - 16:11:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 12/05/2022.
12/05/2022 - 16:11:05	Sistema	Motivo: Prazo para envio da proposta readequada.
12/05/2022 - 16:11:57	Pregoeiro	Ao fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, informo que o prazo de negociação encontra-se aberto, juntamente com campo de diligência para envio da proposta readequada.
12/05/2022 - 16:46:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/05/2022 - 16:46:17	F. LK MEDICAL COMERC...	Negociação Item 0001: Boa tarde sr. pregoeiro, já estamos em nosso limite
12/05/2022 - 18:22:50	Pregoeiro	Em razão do avançar da hora, vamos suspender e retornar amanhã a partir das 09h.
13/05/2022 - 09:03:57	Pregoeiro	Bom dia! Vamos dar continuidade a sessão
13/05/2022 - 09:09:08	Sistema	O fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/05/2022 - 09:09:08	Sistema	Motivo: Justifico a desclassificação da licitante com fundamento nos itens 5.4 C/C 5.1.5, ambos do edital. Elucido que, a proponente LK MEDICAL COMERCIO não atendeu ao edital, pois apresentou DETECTOR de marca diferente do fabricante do Equipamento, característica incompatível com a descrição do edital, que solicita DETECTOR DO MESMO FABRICANTE MARCA, DO EQUIPAMENTO conforme pág. 26 e 27 do catálogo MANUAL DO USUÁRIO disponível no site Anvisa RMS 80176420003 que cita os fabricantes: Canon Inc, Ray Technology, Vieworks, DR Tech, Careray e Perkin Elmer.
13/05/2022 - 09:09:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VMI TECNOLOGIAS LTDA com lance de R\$ 370.000,00.
13/05/2022 - 09:09:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:09 do dia 13/05/2022.
13/05/2022 - 09:09:36	Sistema	Motivo: Prazo para negociação.
13/05/2022 - 09:10:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:09 do dia 13/05/2022.
13/05/2022 - 09:10:00	Sistema	Motivo: Diligência para envio da proposta readequada.
13/05/2022 - 09:10:25	Pregoeiro	Ao fornecedor VMI TECNOLOGIAS, informo que o prazo de negociação encontra-se aberto, juntamente com campo de diligência para envio da proposta readequada.
13/05/2022 - 10:21:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2022 - 10:21:29	F. VMI TECNOLOGIAS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr Pregoeiro. Já estamos em nossa melhor oferta. Segue proposta reajustada.
13/05/2022 - 11:49:37	Pregoeiro	Senhores, vamos suspender para o almoço e retornaremos a partir das 15:30h.
13/05/2022 - 15:15:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA.
13/05/2022 - 15:15:25	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda.
13/05/2022 - 15:15:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2022 às 15:45.
13/05/2022 - 15:19:51	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/05/2022 - 15:52:26	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2022 - 15:52:26	Sistema	Intenção Manifestamos recurso contra a empresa MEDICAL GRAPHICS pois a mesma apresentou certidão negativa de falencia e concordata superior a 30 dias conforme exigido no edital item 8.5.1, e também a mesma ofertou aparelho de raio-x convencional no modelo SH500 este modelo não é de alta frequência conforme exigido em edital, a mesma também não ofertou impressora dry, o qual iremos apresentar em peça recursal. Obrigado!
13/05/2022 - 15:52:26	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.
13/05/2022 - 15:52:37	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.





13/05/2022 - 15:52:37	Sistema	Intenção: Bom dia, manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não cumpre o descritivo técnico, o equipamento ofertado não é digital nativo, possui dois registros. Maiores detalhes discrição na peça recursal.
13/05/2022 - 15:52:37	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.
13/05/2022 - 15:52:44	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2022 - 15:52:44	Sistema	Intenção: Prazados, manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referencia, motivos os quais discorreremos na peça recursal. Obrigada.
13/05/2022 - 15:52:44	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.
13/05/2022 - 15:52:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2022 - 15:52:55	Sistema	Intenção: Boa tarde, manifestamos intenção de recurso contra a vencedora LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO pois a mesma ofertou impressora dry de cabeça térmica e não à seco conforme exigido no edital. O qual iremos apresentar em peça recursal.
13/05/2022 - 15:52:55	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.
13/05/2022 - 15:53:03	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2022 - 15:53:03	Sistema	Intenção: Prazados, manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referencia, motivos os quais discorreremos na peça recursal. Obrigada.
13/05/2022 - 15:53:03	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.
13/05/2022 - 15:53:11	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2022 - 15:53:11	Sistema	Intenção: Boa tarde, a arrematante do item OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, ofertou o modelo SHR 630 HF, não possui IMPRESSORA DRY, pois são itens distintos de Fabricantes diferentes, além de não possuir DETECTOR DIGITAL em único registro da ANVISA. E também apresentou certidão negativa de falência e concordata superior a 30 dias conforme exigido no edital item 8.5.1. Demais motivos discorreremos em peça recursal.
13/05/2022 - 15:53:11	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a empresa foi desclassificada, justifico a rejeição da intenção.
13/05/2022 - 15:56:12	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2022 - 15:56:12	Sistema	Intenção: Boa tarde, manifestamos intenção de recurso, pois não concordamos com a nossa desclassificação. Maiores detalhes discorreremos na peça recursal.
13/05/2022 - 15:56:12	Sistema	Justificativa: Tendo em vista que a licitante não motivou as intenções recursais, rejeito com fundamento no item 10.1 do edital que dispõe: 10.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, DE FORMA MOTIVADA, ISTO É, INDICANDO CONTRA QUAL(IS) DECISÃO(ÕES) PRETENDE RECORRER E POR QUAIS MOTIVOS, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA.
13/05/2022 - 15:56:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2022 - 15:56:32	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por REGINILDO DOS SANTOS TRAJANO.
13/05/2022 - 15:56:32	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por REGINILDO DOS SANTOS TRAJANO.
16/05/2022 - 09:18:54	Sistema	O Item 0001 foi homologado por VALDOMIRA DO SOCORRO GUIMARAES SANCHES.
16/05/2022 - 09:18:54	Sistema	O Item 0002 foi homologado por VALDOMIRA DO SOCORRO GUIMARAES SANCHES.


REGINILDO DOS SANTOS TRAJANO
Pregoeiro


THIAGO ALVES DOS SANTOS
Apoio

